



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ЮЖПОЛИМЕТАЛЛ-ХОЛДИНГ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117638, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 56, строение 2, этаж 4, помещение 4

Основной государственный регистрационный номер 1167746707358.

Телефон: +7 (499) 613-11-77 Адрес электронной почты: analizator@list.ru

в лице Генерального директора Буянова Сергея Анатольевича

**заявляет, что** Средство измерения: АНАЛИЗАТОРЫ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ  
ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННЫЕ ПРИЗМА-М(Au).

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ЮЖПОЛИМЕТАЛЛ-ХОЛДИНГ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 117638, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 56, строение 2, этаж 4, помещение 4

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 6943-005/2-29095820-99 «АНАЛИЗАТОРЫ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННЫЕ ПРИЗМА-М(Au)».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9022190000

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № 2020-VX-12-3192 от 02.12.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "СИСТЕМА КАЧЕСТВА" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31484.04ИДЭ0.0011)


Схема декларирования соответствия: Id

**Дополнительная информация**

ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности", ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний" разделы 6 и 7, ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) "Совместимость технических средств электромагнитная.

Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний" раздел 4. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 02.12.2025 включительно.**



Буянов Сергей Анатольевич

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.НА39.В.01767/20**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 03.12.2020**