



№

№ 12/02-17325-КСМ от 01.02.2024

**ТОО «Пробирная оценочная
палата «Bars»,**
160010, г. Шымкент, Енбекшинский
р., ул. Капал Батыра 10
Тел: (706) 423-97-06
E-mail: il_probirnayapalata@mail.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения документов, представленных в РГП «КазСтандарт» анализаторов рентгенофлуоресцентных энергодисперсионных «Призма-М (Au)», производства ООО «Южполиметалл-Холдинг», г. Москва, РФ на проведение метрологической экспертизы материалов с целью продления признания утверждения типа и первичной поверки средств измерений по договору № 1784/М от 19 сентября 2023 года

1. Наименование и тип средства измерений:

Анализаторы рентгенофлуоресцентные энергодисперсионные «Призма-М (Au)»

Изготовитель: ООО «Южполиметалл-Холдинг», г. Москва, РФ

Цель экспертизы: установление соответствия представленной документации требованиям п. 2.3 ПМГ 06-2019 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений», (далее – ПМГ 06-2019) и нормативных документов Республики Казахстан для признания результатов испытаний и утверждения типа средств измерений.

2. На метрологическую экспертизу предоставлены следующие документы:

- Заявка;
- Письмо от заявителя;
- Доверенность;
- Приказ о внесении изменений в сведения об УТ СИ;
- Копия сертификатов об утверждении типа СИ;
- Копия описания типа СИ;
- Копия акта испытаний;
- Копия заключения по результатам рассмотрения конструкторской, технологической и (или) технической документации СИ;
- Программа испытаний;

- Методика поверки;
- Справка о прослеживаемости СИ к национальному эталону;
- Копия свидетельства о поверке эталонов;
- Форма знака поверки (свидетельства о поверке);
- Копия аттестата аккредитации;
- Выписка из области аккредитации;
- Опись;
- Копия ведомости;
- Копия руководство по эксплуатации;
- Копия паспорта.

3. В результате проведенной метрологической экспертизы установлено:

Комплект документов соответствует требованиям п 2.3 ПМГ 06-2019.

Представленные документы содержат информацию о назначении и краткое описание средств измерений.

Методика поверки: ЛПКН 05.02.00.000 МП «ГСИ. Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный «Призма-М (Au)». Методика поверки»

Межповерочный интервал: 1 год.

Вид измерений: 09 физико-химические измерения.

Наименование измеряемых величин и обозначения их единиц соответствует ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы величин».

4. Заключение

По результатам метрологической экспертизы представленных документов на средства измерения анализаторы рентгенофлуоресцентные энергодисперсионные «Призма-М (Au)», производства ООО «Южполиметалл-Холдинг», г. Москва, РФ установлено, что комплектности содержания документов соответствует ПМГ 06-2019 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений» и рекомендуется для внесения в реестре ГСИ РК.

**Заместитель
генерального директора**

А. Әбілда

*Исп.: Туякбаева Б.
Тел.: +7 (7172) 28-29-90
b.tuyakbayeva@ksm.kz*

Согласовано

31.01.2024 17:44 Сексембаев Нурлан Ертаргинович




Подписано

01.02.2024 11:50 Абиьлда Айдар Аскарлович



Данный электронный документ DOC ID KZZPKQ42024100920774703659 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» <https://documentolog.com>.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://documentolog.com?verify=KZZPKQ42024100920774703659>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 12/02-17325-КСМ от 01.02.2024 г.
Организация/отправитель	РГП НА ПХВ "РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «КАЗАХСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ» КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
Получатель (-и)	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОБИРНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ПАЛАТА «BARS»
	IL_PROBIRNAYAPALATA@MAIL.RU
	TOOBARS@LIST.RU
Электронные цифровые подписи документа	 <p>Согласовано: Сексембаев Нурлан Ертаргинович без ЭЦП Время подписи: 31.01.2024 17:44</p>
	 <p>Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Подписано: ЭБІЛДА АЙДАР МІІUewYJ...sTFt7LZn2 Время подписи: 01.02.2024 11:50</p>
	 <p>Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан ЭЦП канцелярии: САТЫЛҒАН ДИАНА МІІUxQYJ...EayzujE8= Время подписи: 01.02.2024 12:39</p>



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.